

Руководство по эксплуатации МЛТК.198601.001 РЭ. Модуль датчика импульсов.

Изготовитель: ООО «МЕТЕР»

Адрес: 173021, Новгородская область,
Новгородский район, д. Новая Мельница,
ул. Панковская, дом №3, 8 800 700 80 70



1 Назначение

Модуль датчика импульсов предназначен для водосчетчиков холодной и горячей воды МЕТЕР (регистрационный № 81750-21 и № 89597-23).

Исполнения водосчетчиков МЕТЕР:

- МЕТЕР СВ-(DN)X, МЕТЕР СВ-(DN)Г, МЕТЕР СВ-(DN);
- МЕТЕР ВК-(DN)X, МЕТЕР ВК-(DN)Г, МЕТЕР ВК-(DN);
- МЕТЕР ВТ-(DN)X, МЕТЕР ВТ-(DN)Г, МЕТЕР ВТ-(DN).

Модуль датчика импульсов (далее модуль) – это устройство, предназначенное для формирования и дистанционной передачи импульсов, соответствующих измеренному объему воды, прошедшей через счетчик воды, оснащенное импульсными выходами и встроенным элементом питания. Передача импульсного сигнала осуществляется по проводу (входит в комплект).

Принцип действия модуля - индукционный, заключается в определении количества оборотов и направления вращения (соответствующего прямому или обратному поток воды) металлического сектора, штатно установленного на стрелочном указателе счетного механизма. Зафиксировав оборот металлического сектора, модуль генерирует импульс на одном из импульсных выходов.

Модуль имеет два импульсных выхода:

- Первый выход выдает импульсы пропорционально объему воды, протекшему в прямом направлении;
- Второй выход выдает импульсы пропорционально объему воды, протекшему в обратном направлении.

Модуль работает как от собственного встроенного элемента питания, так и от внешнего. Встроенный элемент питания обеспечивает работу модуля в течение заявленного срока службы при допустимых условиях хранения и его эксплуатации в рабочем диапазоне температуры окружающей среды.

Количество литров на один импульс

Исполнения водосчетчиков МЕТЕР	Диаметр условного прохода	Количество литров на один импульс
МЕТЕР СВ	15, 20	1 литр
МЕТЕР СВ	25, 32, 40, 50	10 литров
МЕТЕР ВК	25, 32, 40, 50	10 литров
МЕТЕР ВТ	50, 65, 80, 100, 150	100 литров
МЕТЕР ВТ	200	1000 литров



2 Технические характеристики модуля

Напряжение встроенного элемента питания, В	3,6
Емкость встроенного элемента питания, мАч	2400
Максимальное коммутируемое напряжение, В	5,0
Максимально коммутируемый ток, А	0,2
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С	от плюс 2 до плюс 50
Срок службы, не менее лет	6
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015	IP 68
Габариты, мм	92 x 49 x 37
Масса, г	134
Длина кабеля, не менее м	0,9

3 Маркировка выводов модуля

Черный и красный вывод	источник питания
Желтый вывод	импульсный выход прямого потока
Синий вывод	импульсный выход обратного потока

4 Комплект поставки

Модуль датчика импульсов	1 шт
Руководство по эксплуатации МЛТК.198601.001 РЭ	1 шт на партию
Крепежный винт	1 шт

5 Монтаж изделия

Модуль устанавливается на корпус счетного механизма водосчетчика и фиксируется с помощью винта. При монтаже и демонтаже модуля необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами охраны труда, установленными на объекте.

6 Указания по эксплуатации

Эксплуатация модуля должна осуществляться при температуре окружающей среды от плюс 2 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 85%.

7 Указания по хранению

Модули должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по группе условий хранения пункта 3 по ГОСТ 15150-69.

8 Указания по транспортировке

Условия транспортирования модулей в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

9 Указания по утилизации

Модуль утилизируется организацией, осуществляющей ремонт и обслуживание модуля, имеющее право на проведение этих работ, без нанесения ущерба окружающей среде и в соответствии с требованиями законодательства. Утилизация встроенных элементов питания модулей должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009 «Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей».

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям настоящего документа при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Изготовитель не несет гарантийной ответственности из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве эксплуатации, а также нарушение условий транспортирования и хранения.

11 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- Удары при транспортировке, монтаже и эксплуатации;
- Проведение сварочных работ в непосредственной близости от модуля;
- Эксплуатация в местах, где возможно затопление модуля;
- Превышать рабочий диапазон температур окружающей среды.